



## Relatório de Ensaio BCQ Nº 502022 – Rev. 00

Emissão do Relatório: 26/07/2017

Dados Referentes ao Cliente			
Razão Social	Officer Indústria Química Eireli	CNPJ	05.355.135/0001-93
Endereço	R. Senador Giovanni Aguinelli, 927 – Galpão 1 – Distr. Ind. Paulo Camilo Norte – Betim – MG – 32681-080		
Contato	Tiago Ferreira de Macedo		

Dados Referentes à Amostra			
Nº Amostra	502022	Data de Entrada	18/07/2017
Amostra	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL OFFICER PREMIUM PLUS 50 cm x 50 m		
Lote	NÃO INFORMADO	Fabricação	11/07/2017
Qtde. Amostra Recebida	100g	Validade	Indeterminado
Obs. Cliente	---		

## Ensaio realizado nas instalações do BCQ Consultoria e Qualidade

Ensaio 01	Resultado	Unidade	Limites de Aceitabilidade Resolução Anvisa/RDC 142	Data Início	Data Término
Contagem de Microrganismos Aeróbicos Mesófilos	< 10	UFC/g	Máximo aceitável até 1.000 UFC/g	20/07/2017	25/07/2017
Contagem de Fungos e Leveduras	< 10	UFC/g	Máximo aceitável até 100 UFC/g	20/07/2017	25/07/2017
Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausente	/10g	Ausente em 10g	20/07/2017	25/07/2017
Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausente	/10g	Ausente em 10g	20/07/2017	25/07/2017
Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausente	/10g	Ausente em 10g	20/07/2017	25/07/2017
Pesquisa de <i>Candida albicans</i>	Ausente	/10g	Ausente em 10g	20/07/2017	25/07/2017

## Informações adicionais

Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017. Capítulo VI; Seção IV – Requisitos Microbiológicos; Inciso I

## Conclusão do Relatório

A amostra analisada está de acordo com a Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017.

Ensaio 02	Resultado	Unidade	Data Início	Data Término
Pesquisa de <i>Clostridium sp</i>	Ausente	/5g	20/07/2017	25/07/2017
Pesquisa de <i>Clostridios sulfito redutores</i>	Ausente	/5g	20/07/2017	25/07/2017

Os resultados apresentados neste documento possuem interpretação restrita e se aplicam tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização prévia por escrito do BCQ.

## FORMULÁRIO 02 – PQ-5.10

Página 1 de 1

Rua Conde Moreira Lima, 589 – Jardim Jabaquara - São Paulo - SP - Brasil – 04384-032 - FONE. (PABX): (11) 5579-5043 / 5579-7130 - FAX: (11) 5579-5043  
e-mail: administracao@bcq.com.br / comercial@bcq.com.br / tecnica@bcq.com.br | Visite nosso site: www.bcq.com.br

